

附件1：采购需求

序号	名称	功能要求	数量	单位
1	医疗体检车	1. 8.2米左右体检车，国VI排放标准，燃油类型:柴油； 2. 车辆具备：放射区（含DR）、心电检查区、B超检查区、血球工作区及登记区； 3. 放射区：前置放射机房， 2~4个铅防护当量（六面防护），机房内独立空调，内置定时消毒灯；配置DR操作台，配备监控视听系统，与DR设备隔室操作，机房防护门可选装铅玻璃窗户；配备长条椅（床垫下面为储物柜）； 4. 放射区、心电检查区、B超检查区、血球工作区；四个区域局域网需要互联。	1	辆

附件2:

潮州市湘桥区中医医院医疗体检车采购项目
方案征集书
(黑体、二号、居中)

年 月 日 (宋体、三号、居中)

一、项目建设可达成的目标：

（本段文本格式为：宋体、三号、左对齐，首行缩进2字符）

二、技术参数：

（以下表格内文本格式为：宋体、小四号、中部两端对齐）

序号	名称	技术参数	数量	单价	总价
.....					
合计（元）					

三、采用的技术与规范

四、项目实施与售后服务保障

五、其它参考资料（国家、省的有关文件，或项目的其它相关资料等）